



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области*

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **57.01.05.000.М.000367.08.17** от **31.08.2017 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

*условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения( генерирующих): см. приложение*

*Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника "Премьер": Орловская область, г.Орел, ул.Старо-Московская, д.23, пом. 219 (Российская Федерация)*

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
*Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника "Премьер": Орловская область, г.Орел, ул.Старо-Московская, д.23, пом. 219 (Российская Федерация)*

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

*СанПиН 2.6.1.1192 - 03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации, осуществляющим медицинскую деятельность".*

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

*Экспертное заключение № 659-О от 21.08.2017 г., выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области".*

Заключение действительно до **Бессрочно**  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№2850651**



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области*

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 57.01.05.000.M.000367.08.17 ОТ 31.08.2017 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения( генерирующих): см. приложение

*визиограф X-mind DC*

*серийный номер D 35382*

*серийный номер трубки 69658*

*год выпуска- 2016*

*Анодное напряжение 70 кВ*

*Анодный ток: 7,0 Ма*

*Анод-вольфрам, расположен под углом 19 градусов к оси трубки, встроенный фильтр 2,5 мм Al*

*Источник рентгеновского излучения 3 электрода, модели с возможностью контроля сеточного тока:  
ОСЧ/70-G, RE 8G070*

*Максимальная потребляемая мощность : 650 Вт*

*Размер фокального пятна: 0,8 мм*

*Частота сетевого напряжения: 50/60+- 1 Гц*

*Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 2б*

*Потери излучения: <0,1 мГр/ч на расстоянии 1 м*

*Настенный держатель размером 12x9x24 см, длина кронштейна: 100 см*

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

